

Die Risikobewertung des RKI

Die Risikobewertung Ihrer Medizinprodukte entscheidet darüber, welche Aufbereitungsverfahren Sie in der Praxis durchführen müssen.

Nehmen Sie die nachfolgende Tabelle als kleine Einstufungshilfe und bedenken Sie, dass die richtige Risikobewertung auch bestimmt, ob die eigene Aufbereitung wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll ist.

Manchmal ist die Entscheidung für Einmalinstrumente dann sinnvoller – allerdings beachten Sie bitte die Lagerungsvorschriften. Größere Gebinde können unter dem Aspekt der Lagerungsvorschriften eher unwirtschaftlich sein.

Einstufung	Aufbereitung	Verpackung / Lagerung
unkritisch	Reinigen und Desinfizieren	keine / offene Lagerung möglich <i>oder</i> staubgeschützt lagern
Semikritisch A (ohne besondere Anforderungen an die Aufbereitung)	Reinigen und Desinfizieren (manuell oder maschinell)	Keine / staubgeschützt lagern
Semikritisch B (mit erhöhten Anforderungen an die Aufbereitung)	Reinigen und Desinfizieren (manuell oder maschinell)	Keine / staubgeschützt lagern
Kritisch A (ohne besondere Anforderungen an die Aufbereitung)	Reinigen und Desinfizieren (bevorzugt maschinell) <i>und</i> immer sterilisieren mit Indikatoren (Klasse 1 + 4)	Sterilgutbarrieresystem / staubgeschützt lagern
Kritisch B (mit erhöhten Anforderungen an die Aufbereitung)	Reinigen und Desinfizieren (immer maschinell) <i>und</i> immer sterilisieren mit Indikatoren (Klasse 1 + 5)	Sterilgutbarrieresystem / staubgeschützt lagern

Da selbst mit dieser Tabelle es immer noch schwierig für Sie ist, die richtige Einstufung zu treffen oder zu entscheiden, ob Einmalinstrumente sinnvoller sind, führen unsere Komplett-Zertifizierung in Ihrer Praxis als Workshop durch.

Als Hygiene-Beauftragte erhalten Sie ein Weiterbildungs-Zertifikat, das durch unsere Unterstützung in unserem Online-Portal jedes Jahr aktualisiert wird.